



**Société
canadienne
du sang**

SANG
PLASMA
CELLULES SOUCHES
ORGANES
ET TISSUS

1800, prom. Alta Vista
Ottawa (Ontario)
K1G 4J5
Canada

POUR INFORMATION

Fibryga (lot M906A3491) – validité du dispositif Octajet
Lettre aux clients 2019-25

Le 17 septembre 2019

Bonjour,

Vous trouverez dans lettre ci-jointe d'Octapharma, d'importantes informations concernant la validité du dispositif Octajet fourni avec le Fibryga.

Le fabricant indique, entre autres, que le lot Fibryga M906A3491 peut être utilisé jusqu'au 31 juillet 2021 (date de péremption indiquée) avec l'Octajet (L) 56450110.

Veuillez transmettre ces informations aux professionnels de la santé de votre établissement à qui elles pourraient être utiles.

Cette lettre peut être consultée sur notre site Web, au www.sang.ca, dans la section **Hôpitaux**. Si vous avez des questions concernant cette lettre ou si vous souhaitez l'obtenir dans un autre format, n'hésitez pas à communiquer avec votre agent de liaison.

Le directeur de la planification de la chaîne d'approvisionnement intégrée,

Mark Newburgh